

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

I.V.Catheter

โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑.ความต้องการ I.V.Catheter จำนวน ๕ รายการดังนี้

๑.๑ I.V.Catheter No.๑๖

๑.๒ I.V.Catheter No.๑๘

๑.๓ I.V.Catheter No.๒๐

๑.๔ I.V.Catheter No.๒๒

๑.๕ I.V.Catheter No.๒๔

๒.วัตถุประสงค์การใช้งาน เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว

๓.คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เข็ม Stilet ทำจาก Stainless Steel ตามมาตรฐานทางการแพทย์ แข็งแรง ไร้สนิม ไม่ขรุขระ ผิวเรียบ ปลายแหลมคม ปลายเข็มเป็น Lancet point หรือ v bevel point

๓.๒ Catheter ทำจากสารสังเคราะห์ที่มี Bio compatibility ผิวเคลือบซิลิโคนทำให้ลื่น มีความยืดหยุ่น ไม่หักงอ่าย ลักษณะหัวต่อมีสรีระบุมาตรฐาน ISO มองเห็นเลือดผ่านเข้ามาได้ชัดเจนสะดวก ไม่หักงอระหว่าง Hub และตัว Catheter

๓.๓ ท่อปลายเข็ม เป็นด้ามจับลักษณะแข็งใส มองเห็นชัด ง่ายต่อการจับ มีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งหน้าปัดของเข็ม และจัดตำแหน่งของเข็ม สามารถทราบตำแหน่งเมื่อแทงเข็มเข้าสู่เส้นเลือด

๓.๔ I.V.Catheter แต่ละชิ้นต้องบรรจุอยู่ใน blister pack หรือ sterile plastic case ที่ฆ่าเชื้อแล้วมดหรือแมลงไม่สามารถเข้าไปได้

๓.๕ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ผลิต

๓.๖ มีวันหมดอายุพร้อม LOT NUMBER บนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนในแต่ละชิ้น

๓.๗ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือได้รับเครื่องหมาย ออย.หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศไทย)หรือหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ(กรณี นำเข้าจากต่างประเทศ)หรือมาตรฐานเทียบเท่า ระบุวันออกเอกสารและวันสิ้นสุดของเอกสารรับรอง

ลงชื่อ.....  
(นายชาญชัย ประมวลเจริญกิจ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....  
(นางลัดดา อูปพงษ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

#### ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ บริษัทผู้ขายได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือเทียบเท่า

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือก่อนวันหมดอายุ ๖ เดือน ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า ภายใน ๑๕ วันทำการ

๔.๓ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

๔.๔ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงในโรงพยาบาลสกลนคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง (โดยมีเอกสารการประเมินจากผู้ใช้งาน)

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อกำหนดของทางราชการให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของราชการ

๔.๖ ทำตารางเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อดีหรือดีกว่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสกลนครพร้อมเซ็นรับรองเอกสารโดยขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่โรงพยาบาลสกลนครฝ่ายพัสดุ

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ส่งให้กลุ่มงานพัสดุเพื่อให้ผู้ใช้งานจริงทดลองใช้ก่อนการเสนอราคา

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องนำส่งตัวอย่างมาให้ทดลองใช้ระหว่างวันที่ ..... ถึงวันที่ ..... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ลงชื่อ.....  
(นายชาญชัย ประมวลเจริญกิจ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ


ลงชื่อ.....  
(นางลัดดา อุปพงษ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.....  
(นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....I.V.Catheter จำนวน ๕ รายการ.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลสกลนคร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๔๗๓,๔๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นเงิน.....๓,๔๗๓,๔๐๐.....บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
- ๔.๑. รายการที่ ๑ I.V.Catheter No.๑๖ จำนวน ๔,๕๐๐ ชิ้น  
เป็นเงิน.....๕๒,๘๐๐.....บาท  
ราคา/หน่วย.....๑๒.....บาท
- ๔.๒. รายการที่ ๒ I.V.Catheter No.๑๘ จำนวน ๒๘,๐๐๐ ชิ้น  
เป็นเงิน.....๓๓๖,๐๐๐.....บาท  
ราคา/หน่วย.....๑๒.....บาท
- ๔.๓. รายการที่ ๓ I.V.Catheter No.๒๐ จำนวน ๗๙,๐๐๐ ชิ้น  
เป็นเงิน.....๙๔๘,๐๐๐.....บาท  
ราคา/หน่วย.....๑๒.....บาท
- ๔.๔. รายการที่ ๔ I.V.Catheter No.๒๒ จำนวน ๑๑๘,๐๐๐ ชิ้น  
เป็นเงิน.....๑,๔๑๖,๐๐๐.....บาท  
ราคา/หน่วย.....๑๒.....บาท
- ๔.๕. รายการที่ ๕ I.V.Catheter No.๒๔ จำนวน ๖๐,๐๕๐ ชิ้น  
เป็นเงิน.....๗๒๐,๖๐๐.....บาท  
ราคา/หน่วย.....๑๒.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด.....
  - ๕.๑. บริษัท โอเร็กซ์ เทรตติ้ง จำกัด.....
  - ๕.๒. บริษัท คงศักดิ์เอ็กเรย์ การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด.....
  - ๕.๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ อีสต์ ฟาร์มาซูติคอลล.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑. นายชาญชัย ประมวลเจริญกิจ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....ประธานกรรมการ
  - ๖.๒. นางลัดดา อุปพงษ์.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....กรรมการ
  - ๖.๓. นางสาวรณตพร อ่อนชื่นชม.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ.....กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายชาญชัย ประมวลเจริญกิจ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางลัดดา อุปพงษ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวรณตพร อ่อนชื่นชม)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ